

㈱イマダ 校正依頼・内容確認書

平素は弊社製品をご愛用頂き、誠にありがとうございます。

校正のご依頼をされる場合は、注意事項をご一読頂き、校正依頼・内容確認書【返信用】をご記入の上、メール、FAX またはご依頼品に添付して代理店までお送り下さい。

校正は「ISO17025 校正」と「メーカー校正」の2種類の方法がございます。ご希望の用紙を選択してください。

なお、注意事項に同意頂けない場合は、ご依頼をお受けできません。

また、修理または、ファームウェア更新依頼を併せてご依頼される場合は、修理依頼・内容確認書【返信用】またはファームウェア更新依頼・内容確認書【返信用】も併せてご記入頂き、ご依頼品に添付して代理店までお送り下さい。

注意事項（必読）

修理（ファームウェア更新含む）・校正における注意点

- 修理・校正見積後、キャンセルとなった場合は、見積手数料と製品を返却する送料が発生いたします。事前に代理店に手数料をご確認・ご納得のうえでご依頼をお願い致します。
- 設定内容やメモリデータは、修理・校正に出される前に記録しておいてください。修理・校正時に失われる可能性がございます。
- 製品の状態確認は、主要消耗・異常箇所になります。製品の状態によっては、作業着手後の追加修理が発生する可能性がありますので、予めご了承ください。
- 返却日の指定などはお受けできませんので、期日に余裕を持ったご依頼にご協力ください。追加の修理や調整が必要になった場合、お返しするまでにお時間がかかります。
- 製品の状態、ご要望内容によってはお引き受け出来ない場合がございます。尚、技術的困難が発生した場合や当社規定に基づき不適合と判断された場合、ご依頼頂いた後であってもキャンセルさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。
- 再現性の低い問題、激しい劣化、老朽化の進んだ製品は修理の不確実さが上がる可能性がありますのでご了承ください。
- 作業着手後の修理・校正のキャンセルはお受けできません。
- 製品の仕様・当社の品質基準を超えるまた各種サービスに含まれていないご要望には対応いたしかねます。
- 製品の故障・修理・校正に起因して発生した損害について、法に定める場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。
- 修理の保証対象は、当該修理および交換部品のみとなります。
- 修理で交換した部品につきましては、弊社で適宜廃棄処分を行い返却いたしませんのでご了承ください。
- フォースゲージ・トルクゲージ・計測スタンドの修理受付にはシリアルナンバーが必要となります。販売代理店に依頼をする際にシリアルナンバーをお伝えください。シリアルナンバーは数字6桁で製品本体裏側の銀色のシールに記載があります。

依頼品をお送りいただく際の注意点

- 運送中の破損を防ぐ為、発送時には必ず収納ケースに入れてお送りください。本体のみで送り頂いた場合、お客様のお手元まで安全にお届けする為にケース収納してお送りいたします（ケースは有償となります）。お客様の方でご用意された箱などはこちらで廃棄させていただきますことを予めご了承ください。
- 送料は元払いでお送りください。また、返送時の送料もご負担いただきます。
- 充電用アダプタが付属されているものは一緒にお送りください。
- センサーセパレートタイプの場合、センサーと表示器（アンプ）を必ずセットでお送りください。
- フォースゲージ、トルクゲージはスタンドなどから取り外し、計測軸にはアタッチメントがついていない状態でお送りください。

校正ご依頼時の追加注意事項

- 校正のお見積もりに調整費用は含まれておりません（「校正」とは精度確認のみを指します）。校正により調整が必要だと判明した際は別途ご連絡いたします。
- ISO17025 校正では、弊社で手順を作成し、認定を受けた方法に則って校正を実施いたします。
- ISO17025 校正の結果に関する異議、または業務に関する苦情がある場合、文書によりお問い合わせ先までお申し出ください。弊社にて内容を調査・検討し、必要であると判断した場合には、お客様に対して文書で回答させていただきます。

送料に関して

- 原則お客様にご負担をお願いしております。

【(株)イマダ 校正依頼・内容確認書】【ISO17025 校正 / 返信用】

ご依頼品・記入者様情報 (すべての項目にご記入ください)

製品型式		シリアル No.	* 新品でのご購入時は、ご記入不要です
貴社名（ご記入者様）			
部署名		氏名 *	
TEL		FAX	
ご住所	〒		
返送先をご記入ください	☐ ①同上 ☐ ②下記住所宛て ☐ ③その他（例：注文書に記載 など） 〒 [その他] で別紙にてご指示の場合は文書名をご記入下さい：（ ）		
注意事項への同意 * 記入者本人がチェック記入、およびご署名をお願いします	別紙(1枚目)の「注意事項」をご一読頂き、同意を頂けましたら以下にチェック記入/ご署名をお願い致します。 ご記入日 年 月 日 / ☐ <u>注意事項に同意します (チェック記入)</u> 記入者ご署名		

ご依頼内容 ※ ①～④ にご記入ください

【ISO17025 校正】のご依頼 ※ ISO/IEC17025 の認定を受けた校正手順に則って校正を実施致します。					
校正方法		標準		その他 指定 (カスタマイズ)	
	①要求精度	☐ 計測器標準 (製品仕様上の精度)		☐ その他 精度指定 (% F.S.)	
	②校正 ポイント (標準または指定)	圧縮: ☐ 5 (6) ポイント ^{※1} ☐ 10 ポイント	☐ 指定 (^{※2}) ポイント: 希望ポイント (^{※3} ^{※4}) N		
		引張: ☐ 5 (6) ポイント ^{※1} ☐ 10 ポイント	☐ 指定 (^{※2}) ポイント: 希望ポイント (^{※3} ^{※4}) N		
		トルク ^{※5} : ☐ 左/右 各 5 ポイント ☐ 左/右 各 10 ポイント	☐ 指定 (^{※2}) ポイント: 希望ポイント (^{※3} ^{※4}) Nm/Ncm		
※1 メカニカルフォースゲージ 30N/ 300N/ 3000N では、標準の校正ポイントは 6 ポイントとなります。また、5・6・10 ポイントはすべて等間隔での校正となります。 ※2 ご希望のポイント数をご記入ください。校正ポイントをお客様で指定される場合は、1 ポイント毎につき別途料金が発生いたします。 ※3 ご希望の校正荷重値 (ポイント数の分だけ) を明記してください。出荷時の単位で校正します。 ※4 ゲージが持つ最大許容荷重値の 10%未満にあたる荷重値は指定できません。(例: ZTS-500N では、指定可能なポイントの最小値は 50N となり、49N 以下は指定できません) また指定いただいた校正ポイントのご希望に添えない場合もございます。その際は弊社からご連絡いたしますので、予めご了承ください。 ※5 トルクの校正では、標準で右回転と左回転の両方向に対し、校正を実施します。5・10 ポイントは等間隔での校正となります。					
書類	③校正証明書	和文 証明書 ☐	宛名	会社名	
	表記選択と 宛名の記入 校正証明書に 右記の通り記載 されます。 必ず正式名称を ご記入ください。	英文 証明書 ☐	宛名	住所	
				Company	
				Address	
※6 管理番号など、校正証明書に特記事項の記入が必要な場合は、ご記入ください。 ※7 付属書類は 1 部です。2 部以上をご希望の場合は追加料金が発生します。「和文と英文」の両方を選択した場合は、計 2 部となり、追加料金が発生します。） また、校正証明書に記載される判定結果は、結果の持つ不確かさを含んでいない数値での判定表記となります。予めご了承ください。 ※8 「和文と英文」の両方をご希望の場合、「宛名」には和文表記と英文表記の両方の宛名をご記入ください。 ※9 宛名の記入間違いによる書類再発行は、有償でのご対応となります。お間違のないようにご記入ください。					
	④オプション 書類	☐ トレーサビリティ体系図 ☐ 基準器 校正証明書 ☐ 上位 基準器 校正証明書 ※機器により上位基準器が存在しない場合もございます			
その他	～ 機器の修理・調整発生時の注意事項 ～ 機器の修理や調整に伴って、修理・調整前 / 後の 2 回の校正データ取得が必要となる場合は、上記と同内容で校正を実施し、発行いたします。 またオプション書類は 2 回の校正で 1 部となります。異なる内容での校正や、オプション書類を 2 部ご希望される場合は、あらかじめご連絡ください。				

【弊社使用欄】 依頼内容 変更履歴 ※ご依頼の変更・追加事項等がある場合に記載を致します。

1	
2	
3	

管理番号	—	—	承認印	サービス G		技術 G	
------	---	---	-----	--------	--	------	--

☐ 添付別紙あり

(株)イマダ 校正依頼・内容確認書 【メーカー校正 / 返信用】

ご依頼品・記入者様情報 (すべての項目にご記入ください)

製品型式		シリアル No.	* 新品でのご購入時は、ご記入不要です
貴社名（ご記入者様）			
部署名		氏名 *	
TEL		FAX	
ご住所	〒		
返送先をご記入ください	☐ ①同上 ☐ ②下記住所宛て ☐ ③その他（例：注文書に記載 など） 〒 【その他】で別紙にてご指示の場合は文書名をご記入下さい：（ ）		
注意事項への同意 * 記入者本人がチェック記入、およびご署名をお願いします	別紙（１枚目）の「注意事項」を ご一読頂き、同意を頂けましたら以下にチェック記入/ご署名をお願い致します。 ご記入日 年 月 日 / ☐ 注意事項に同意します（チェック記入） 記入者ご署名		

ご依頼内容

【メーカー校正】のご依頼 ※ 新品の製品に対して行われる出荷前の検査と同じ手順を用いて、校正を実施します。				
校正方法	要求精度	基準器標準（製品仕様上の精度）		
	校正ポイント※1	フォースゲージ及び荷重アンブ	☐ メーカー標準	片側 10 ポイント
			☐ その他	圧縮： ☐ 5 (6) ☐ 10 ☐ その他（※2） ポイント（※3） N 引張： ☐ 5 (6) ☐ 10 ☐ その他（※2） ポイント（※3） N
		トルク	☐ メーカー標準	右回転 5 ポイント・左回転 5 ポイント
			☐ その他	右回転： ☐ 5 ☐ 10 ☐ その他（※2） ポイント（※3） 左回転： ☐ 5 ☐ 10 ☐ その他（※2） ポイント（※3）
※1 メカニカルフォースゲージ 30N/ 300N/ 3000N では、標準校正ポイントは 6 ポイントとなります。また、指定ポイント数 5・6・10 ポイントは等間隔となります。 ※2 ご希望のポイント数をご記入ください。 ※3 ご希望の校正荷重値（ポイント数の分だけ）を明記してください。出荷時の単位で校正します。（トルクの場合は N・m または N・cm）				
書類	付属	検査成績書		
	オプション	☐ 校正証明書(※) ☐ トレーサビリティ体系図 ☐ 基準器校正証明書 ☐ 上位 基準器 校正証明書 ※上位基準器が存在しない場合もございます		
		※校正証明書ご希望の方 書類に記載されますので正式名称をご記入ください。 会社名 []		
その他	～ 機器の修理・調整発生時の注意事項 ～ 機器の修理や調整に伴って、修理・調整前 / 後の 2 回の校正データ取得が必要となる場合は、上記と同内容で校正を実施し、発行いたします。 またオプション書類は 2 回の校正で 1 部となります。異なる内容での校正や、オプション書類を 2 部ご希望の場合は、あらかじめご連絡ください。			

【弊社使用欄】 依頼内容 変更履歴 ※ご依頼の変更・追加事項等がある場合に記載を致します。

1	
2	
3	

管理番号	—	—	承認印	サービス G	
------	---	---	-----	--------	--

☐ 添付別紙あり