

<イマダ>ISO/IEC 17025:2017 校正の対象機種

製品	製品外観例	引張	圧縮	トルク	認定された校正範囲
メカニカルフォースゲージ (FB/PS/PSM/PSH 等)		○	○	×	引張：0.5N~3000N 圧縮：0.5N~3000N
デジタルフォースゲージ (ZTS/ZTA/DST/DSV 等)		○	○	×	引張：0.05N~5000N 圧縮：0.2N~20kN
セパレート型デジタルフォースゲージ (ロードセル：DPU/DPUH)		○	○	×	引張：0.05N~5000N 圧縮：0.2~20kN
セパレート型デジタルフォースゲージ (ロードセル：LM/LC/DD2/LMT)		×	○	×	圧縮：1N~20kN
オートワイヤーハーネステスター (ACT-1000N)		○	×	×	引張：1N~1000N
剥離試験機 (IPTS シリーズ)		○	×	×	引張：0.05N~50N ※センサーセパレート型デジタルフォースゲージ DPU/DPUH と手順で校正されます。
トルクゲージ *1 (DTXS/DTXA/HTGS/HTGA 等)		×	×	○	0.05N-m~10N-m

*1 TFX シリーズは除きます。

ISO/IEC 17025:2017 校正のご依頼については右記をご参照ください: <https://www.forcegauge.net/service/calibration#block-05>